GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Explication des 5 étapes vous permettant d'utiliser votre Tensi+

INSTALLER TENSI+

PRÉPARATION

Déposez une noisette de gel sur chaque électrode. Le gel conducteur permet d'améliorer le contact des électrodes avec votre peau.

POSITIONNEMENT

Placez le bracelet à votre cheville. L'électrode du bas doit être située à proximité de votre malléole interne, légèrement en dessous et en arrière de celle-ci.

MISE EN MARCHE

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche / Arrêt ⏻ . Les LEDS s'allument, accompagnées d'un long bip sonore.

RÉGLAGES

Augmentez progressivement l'intensité du traitement en appuyant sur le bouton ⊕ jusqu'à ressentir de légers picotements sous le pied. Si les picotements vous gênent, vous pouvez diminuer légèrement l'intensité à l'aide du bouton ⊖ .

TRAITEMENT ET ARRÊT

Votre traitement Tensi+ a commencé. Oubliez le bracelet et poursuivez vos activités. Tensi+ s'éteindra automatiquement après 20 minutes de traitement. Si toutefois vous souhaitez l'arrêter, appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt .

Avertissement :
Lisez l'ensemble des indications, contre-indications, et précautions, détaillées de la notice d'utilisation contenue dans la boîte avant toute utilisation.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Explication des 5 étapes vous permettant d'utiliser votre Tensi+

tensi+

SE FAMILIARISER AVEC TENSI+

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE STIMULATION

Je ressens de légers picotements

LE POSITIONNEMENT ET LE CONTACT SONT BONS.

Diminuez légèrement l'intensité en appuyant sur le bouton . Lorsque vous ne sentez plus de picotements, vous avez atteint votre niveau de confort.

Je ne ressens aucun picotement sous le pied

MAUVAIS CONTACT

Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de gel sur chaque électrode et/ou ajustez le positionnement du bracelet sur votre cheville.

Mon Tensi+ se met à clignoter / picotements sous les électrodes.

MAUVAIS POSITIONNEMENT

Déplacez légèrement le bracelet afin de trouver l'emplacement de votre nerf tibial et assurez-vous qu'il y ait suffisamment de gel sur chaque électrode.

RETROUVEZ DES CONSEILS ET DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET

www.tensiplus.com

20 bis rue Barthélemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt

Dispositif médical proposé par

Stimuli TECHNOLOGY

tensiplus.com

BRO-01-04-2021